QUOTIENT

ALBAcheck® - BGS
AB Serum
(Lidské)

REF Z281

2 °C – 8 °C IVD CE 1434

VÝKLAD SYMBOLŮ NA ŠTÍTKU

LOT	Kód šarže
	Spotřebujte do (RRRR-MM-DD)
2 °C – 8 °C	Omezení skladovací teploty (2 °C–8 °C)
IVD	Zdravotnický prostředek pro diagnostiku *in vitro*
www.quotientbd.com	Přečtěte si návod k použití
	Výrobce
REF	Kód produktu

ÚVOD

Sérum AB má v sérologii krevních skupin různé využití. Tento výrobek lze použít jako ředidlo při určitých postupech nebo jako inertní kontrolu.

ZAMÝŠLENÝ ÚČEL

Sérum ALBAcheck®-BGS AB Serum (Lidské) je určeno k použití jako ředidlo nebo inertní kontrola v imunohematologii.

POPIS REAGENCIE

Toto činidlo bylo připraveno z plazmy odebrané dárcům krve. Přeměny na sérum bylo dosaženo přidáním chloridu vápenatého a v případě potřeby trombinu. Přebytečný vápník byl odstraněn přidáním šťavelanu sodného. Přípravek obsahuje také 1 g/L azidu sodného.

Objem dodávaný lahvičkou s kapátkem je přibližně 40 µl reagencie; s ohledem na tuto skutečnost je třeba dbát, aby byl ve všech testovacích systémech dodržen odpovídající poměr sérum-buňky.

Tato reagencie splňuje požadavky Směrnice č. 98/79/ES o zdravotnických prostředcích pro diagnostiku *in vitro* a doporučení obsažená v Pokynech pro krevní transfuzní služby ve Spojeném království.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Reagenci skladujte při teplotě 2–8 °C. Nepoužívejte, pokud je reagencie zakalená. Neředit. Reagencie je stabilní do data použitelnosti uvedeného na štítku výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A LIKVIDACI

Tato reagencie obsahuje 0,1% azid sodný. Azid sodný může reagovat s olovem a mědí za vzniku výbušných sloučenin. V případě likvidace do dřezu spláchněte velkým množstvím vody, abyste zabránili hromadění azidu.

Škodlivé pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

UPOZORNĚNÍ: ZDROJOVÝ MATERIÁL, ZE KTERÉHO JE TENTO VÝROBEK ZÍSKÁN, NEBYL REAKTIVNÍ NA HBsAg, ANTI-HIV 1/2 A ANTI-HCV. ŽÁDNÉ ZNÁMÉ TESTOVACÍ METODY NEMOHOU POSKYTNOUT ZÁRUKU, ŽE PRODUKTY ZÍSKANÉ Z LIDSKÉ KRVE NEPŘENÁŠEJÍ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ. PŘI POUŽÍVÁNÍ A LIKVIDACI TOHOTO VÝROBKU JE TŘEBA DBÁT NÁLEŽITÉ OPATRNOSTI.

Tato reagencie je určena pouze pro profesionální použití *in vitro*.

POSTUPY TESTOVÁNÍ

Obecné informace

Sérum AB má v sérologii krevních skupin různé využití. Uživatelům se doporučuje, aby si před použitím specifickými postupy ověřili vhodnost reagencie.

SPECIFICKÉ VÝKONNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY

Ve studiích hodnocení výkonnosti bylo sérum ALBAcheck®-BGS AB Serum (Lidské) testováno na dobře charakterizovaných vzorcích červených krvinek z komerčních panelů. Výkonnost séra ALBAcheck®-BGS AB Serum (Lidské) serum vykazuje 100% shodu s očekávanými výsledky testu.

FUNKČNÍ OMEZENÍ

Falešně pozitivní nebo falešně negativní výsledky se mohou vyskytnout v důsledku kontaminace testovacích materiálů, nesprávné reakční teploty, nesprávného skladování materiálů a opomenutí testovacích reagencií.

DATUM VYDÁNÍ

2022-11

Pro další informace nebo radu se obraťte na místního distributora.

EC REP

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Alba Bioscience Limited,
James Hamilton Way,
Penicuik, EH26 0BF,
UK

Telefon: +44 (0) 131 357 3333
Fax: +44 (0) 131 445 7125
E-mail: customer.serviceEU@quotientbd.com

© Alba Bioscience 2022 Z281PI/CS/08